



ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน ๘ เครื่อง
ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะ^{จะ}
ประการราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง
จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประการราคากรั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง	จำนวน	๘	เครื่อง
ติดตามการทำงานของหัวใจและ			
สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง			
สำหรับโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย			
จังหวัดนราธิวาส			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แล่งเงินชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาระอันนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประการราคาซื้อด้วยวิธีประการราค
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนราธิวาส โดย
โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการราคากลาง หรือไม่เป็น
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่า
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.prathaihos.com> หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๔๔๘๐๑๑-๑๓ ต่อ ๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดนราธิวาส

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๗๔/๒๕๖๓

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง
โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๘ เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดนครราชสีมา

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จังหวัดนครราชสีมา โดย โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง จำนวน ๘ เครื่อง
ติดตามการทำงานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง
สำหรับโรงพยาบาล อำเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของก้าวเดิน อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการซื้อขายจัดการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบซื้อขายจัดการวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุ้ระห่วงเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอุ้ระห่วงถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุนช์ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่มานามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด โดย โรงพยาบาลประจำ อำเภอประทาย จังหวัดครรภารสีมา ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การเร่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาต ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ นวัตกรรมตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม

กิจการร่วมค้า

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑
ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาทขึ้นไป ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน
ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่
ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่
มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียง
พอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า^{*}
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า^{*}
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้
ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา_rับรอง (กรณี
ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ข้างต้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติถัดมา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริษัทฯ บัญชีรายรับซึ่งกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาริอุตสาหกรรมที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นข้อเสนอ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อ้างสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินเดือนเชื่อ (ลินเชื้อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ คำนประภาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินเดือนเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ ปี, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออนุมัติให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันต์หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีความกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอนุญาตและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- (๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์การคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ถ้ามี)
- (๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ ต้องแนบ ในเสนอราคาร่วมในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาร่วมกันเป็นเงินบาท และเสนอราคาก่อให้เพิ่งครั้งเดียวและราคายังคง โดยเสนอราคาร่วม และหารือราคាត่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ เป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไว้แล้ว จนกระทั่งสั่งมอบพัสดุให้ ไม่ โรงพยาบาลประทาย ดำเนินประทาย อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา

ราคานี้ที่เสนอจะต้องเสนอคำขอหนังสือร่างแบบรับรองราคาก่อให้เพิ่งครั้งเดียวและราคายังคง ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคานี้ที่เสนอต้องรับรองราคานี้ที่เสนอได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอคำขอหนังสือรับรองราคานี้ที่เสนอไว้ ไม่เกิน ๕๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามใน สัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสั่งแคดตาล็อก และหารือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ การแพทย์ รายการ เครื่องจักรไฟฟ้า ไปพร้อมการเสนอราคากำหนดรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวจะ จังหวัด โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาจะ ขึ้นไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องของงานทั้ง

โครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ก่อตัวและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่อนอื่นที่จะตกลงขึ้นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาก็ต้องมีรายละเอียดที่

จะตกลงขึ้นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาก็ต้องมีรายละเอียดที่

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือความเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคามาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนอื่นที่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อกคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนอื่นที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาก่อนอื่นที่

(๒) ราคาน้ำเงินที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ด้านนี้) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปางไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาก่อนที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้อื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส
โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดนราธิวาส โดย
โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะพิจารณาจาก ราคาร่วม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใหม่คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวล
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
ท่านที่จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส กำหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดลกันเอง คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส สงวน
สิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนปรน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัด
นราธิวาส มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ทรงไว้
ชื่อสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งรายการใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อใน
จำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่
พิจารณาข้อเสนอก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน

ของ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส เป็นเค็ขาด ผู้ชี้แจงเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ชี้แจงเสนอเป็นผู้ที่งานไม่ร่วมที่จะเป็นผู้ชี้แจงเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก่อdam หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนักคดีธรรมชาติ หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ชี้แจงเสนอรายที่เสนอราคาน้ำดื่มน้ำดื่มตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะให้ผู้ชี้แจงเสนออนันนี้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ชี้แจงเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางานผู้ชี้แจงเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ชี้แจงเสนอต้องกล่าวไว้มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างหัวดูแลนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ชี้แจงข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมิผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ชี้แจงเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ชี้แจงเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ชี้แจงเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาน้ำดื่มน้ำดื่ม ผู้ชี้แจงเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาน้ำดื่มน้ำดื่มของรัฐจังหวัดนราธิวาส ให้หน่วยงานของรัฐจังหวัดนราธิวาส ได้รับการคัดเลือกมิผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ชี้แจงเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งคณะกรรมการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ชี้แจงเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาน้ำดื่มน้ำดื่มของผู้ชี้แจงเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ชี้แจงเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งต่อค้านราคากำไรที่ต้องมีวงเงินสัญญาสามตามปีปฏิทินรวมกับราคากำไรที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับสภาก.

๕.๙ หากผู้ชี้แจงเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากลุ่มสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาน้ำดื่มน้ำดื่มของผู้เสนอราคากำไร ไม่เกินร้อยละ & ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ชี้แจงเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภากลุ่มสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคากำไร ผู้ชี้แจงเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๙ และข้อ ๖.๕ ให้ผู้

เสนอราคายื่นนี้ได้ແຕ່ມີຕ່ອນໄວ້ໃນການເສັນອະນຸຍາກງານ

๕.๑๐ หากຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອ່ານື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ SMEs ແຕ່ເປັນນຸຝຄລຮຽມຄາທີ່ດື່ອສັນຍາຕິໄທບໍ່
ຫົວອິນຕິນຸຝຄລທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທເສັນອະນຸຍາກງານ
ນິໄດ້ດື່ອສັນຍາຕິໄທບໍ່ຫົວອິນຕິນຸຝຄລທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍຂອງຕ່າງປະເທດໄມ່ເກີນຮ້ອຍລະ ๓ ໄກ້ຈັດຊື່ຈັດຈັກກັນ
ນຸຝຄລຮຽມຄາທີ່ດື່ອສັນຍາຕິໄທບໍ່ຫົວອິນຕິນຸຝຄລທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທດັ່ງກ່າວ

ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອ່ານື່ອໃຫ້ສົນໃຈການຮ່ວມກຳທີ່ຈະໄດ້ສົກລົງຕາມວຽກທີ່ຜູ້ຂ່າວ່ວມກຳຖາງຈະຕ້ອງເປັນ
ນຸຝຄລຮຽມຄາທີ່ດື່ອສັນຍາຕິໄທບໍ່ຫົວອິນຕິນຸຝຄລທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ

๖. ການກຳສັນຍາຂຶ້ອງຂາຍ

๖.๑ ໃນກຣີນີ້ຜູ້ຂ່າວ່ວມກຳປະກວດຮາຄາອີເລີກໂຮອນິກສ໌ ສາມາດສ່າມອນສິ່ງຂອງໄດ້ກຽບຄ້ວນກາຍໃນ
៥ ວັນທຳການ ນັບແຕ່ວັນທີທີ່ກຳສັນຍາຂຶ້ອງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໂດຍໂຮງພານາລປະກາບ ຄໍາເກອປະກາບ ຈັງຫວັດ
ນິກຣາສີມາ ຈະພິຈານາຈັດທຳຂໍ້ຕົກລົງເປັນໜັງສື່ອແທນ ການກຳສັນຍາຕາມແບບສັນຍາດັ່ງນີ້ ໃນຂໍ້ອ ๑.๓ ກີ່ໄດ້

๖.๒ ໃນກຣີນີ້ຜູ້ຂ່າວ່ວມກຳປະກວດຮາຄາອີເລີກໂຮອນິກສ໌ໄໝສາມາດສ່າມອນສິ່ງຂອງໄດ້ກຽບຄ້ວນກາຍໃນ
៥ ວັນທຳການ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໂດຍໂຮງພານາລປະກາບ ຄໍາເກອປະກາບ ຈັງຫວັດນິກຣາສີມາ ເກີນວ່າ
ໄມ່ສົນຄວງຈັດທຳຂໍ້ຕົກລົງເປັນໜັງສື່ອ ຕາມຂໍ້ອ ๖.๑ ຜູ້ຂ່າວ່ວມກຳປະກວດຮາຄາອີເລີກໂຮອນິກສ໌ຈະຕ້ອງກຳສັນຍາຂຶ້ອງຕາມ
ແບບສັນຍາດັ່ງນີ້ໃນຂໍ້ອ ๑.๓ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໂດຍໂຮງພານາລປະກາບ ຄໍາເກອປະກາບ
ປະກາບ ຈັງຫວັດນິກຣາສີມາ ກາຍໃນ ๕ ວັນ ນັບດັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງ ແລະຈະຕ້ອງວາງລັກປະກັນສັນຍາເປັນ
ຈຳນວນເງິນເທົ່ານັກຮ້ອຍລະ ๕ ຂອງຮາຄາຄ່າສິ່ງຂອງທີ່ປະກວດຮາຄາອີເລີກໂຮອນິກສ໌ໄໝຈັດຕັ້ງນິກຣາສີມາ ໂດຍ
ໂຮງພານາລປະກາບ ຄໍາເກອປະກາບ ຈັງຫວັດນິກຣາສີມາ ບຶກຄືໄໝໄວ້ໃນນະທຳສັນຍາ ໂດຍໃຫ້ລັກປະກັນອ່າງໜີ້
ອ່າງໄດ້ດັ່ງຕ່ອນໄປນີ້

(๑) ເງິນສັດ

(๒) ເຊື້ອີເລີກໂຮອນິກສ໌ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໂດຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ
ຫຼາຍຕ່ອນເຂົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນກຳສັນຍາ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໄກ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ

(๓) ໜັງສື່ອຄໍາປະກັນຂອງຮານາການກາຍໃນປະເທດ ຕາມຕົວຢ່າງທີ່ຄະນະກຽມການໂຍບາຍກຳຫັນດ
ດັ່ງນີ້ໃນຂໍ້ອ ๑.๔ (๒) ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໂດຍຈະເປັນໜັງສື່ອຄໍາປະກັນອີເລີກໂຮອນິກສ໌ຕາມວິທີການທີ່ກຽມນັ້ນທີ່ກຳຫັນດ

(๔) ໜັງສື່ອຄໍາປະກັນຂອງບໍລິຫານເງິນຖຸນ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກຸ່ມາຍໄທ ໂດຍໃຫ້ລັກປະກັນໄໝໄວ້ໃນນະທຳສັນຍາ ໄກ້
ປະກອບກິດການເງິນຖຸນເພື່ອການພາພິ່ນຍໍແລະປະກອບທຸກຄືກຳປະກັນຕາມປະກາສຂອງຮານາການແຫ່ງປະເທດໄທບໍ່
ຮາຍຊ່ອບໍລິຫານເງິນຖຸນທີ່ຮານາການແຫ່ງປະເທດໄທບໍ່ແຈ້ງເວົ້າໃຫ້ກຽມນັ້ນໃຫ້ສັນຍາດັ່ງນີ້ໃນຂໍ້ອ ๑.๔ (๒)

(๕) ພັນຍັນຮັບຮັບສັນຍາ

ຫັກປະກັນນີ້ຈະຄືນໄໝ ໂດຍໄໝມີຄອກເບີກາຍໃນ ๕ ວັນ ນັບດັດຈາກວັນທີຜູ້ຂ່າວ່ວມກຳສັນຍາປະກວດຮາຄາ
ອີເລີກໂຮອນິກສ໌ (ຜູ້ຂ່າຍ) ພັນຍັນຂໍ້ອຸປະກຳພັນຕາມສັນຍາຂຶ້ອງຂາຍແດ້

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าตอบแทน อัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัดนราธิวาส โดย โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส จะจ่ายค่า สิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ชี้แจงข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบงานสิ่งของ เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซึ่ง ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราเรื้อบละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ซื้อ ไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ ข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันที่ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถ้วน จากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุค่าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากโดยเบิกจ่ายจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับหน่วยบริการ ๓๐%

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากโดยเบิกจ่ายจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับหน่วยบริการ ๓๐% แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาสได้ คัดเลือกผู้ชี้แจงข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนทางที่มีเรือไทย เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ชี้แจงข้อเสนอซึ่ง เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แข็งการสั่งเรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) ขั้นการให้สิ่งของที่ซึ่งขับดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาขึ้นประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนี้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๑ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส จะรับหลักประกันการขึ้นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ที่ได้รับอนุญาต แต่อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในการนัดต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาสไม่ได้

(๑) จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าด้วยนะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประจำ อำเภอประจำ จังหวัดนราธิวาส หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ซื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส สามารถนำผล
การปฏิบัติงานเด็กเสรีตามสัญญาของผู้ซื้นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ซื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการซื้นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับจังหวัดนราธิวาส โดยโรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนราธิวาส ไว้ชั่วคราว

จังหวัดนราธิวาส

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความต้องการ

เครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย สามารถวัดค่าการทำงานต่างๆ ดังนี้ ECG , NIBP, SpO₂ , Body Temperature , RESP , Heart Rate ได้

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เครื่องสามารถแสดงสัญญาณชีพผู้ป่วย ผ่านหน้าจอ LCD ชนิดสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ นิ้ว โดยสามารถแสดงผลของ parameter ได้
- ๓.๒ สามารถบันทึกค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยและเรียงคู่ค่าย้อนหลังได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง (Trend Data)
 - ๓.๓ มีโปรแกรมคำนวณ Drug Calculate, Hemodynamic, Oxygenation, Ventilation, Renal
 - ๓.๔ สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้ สามารถเชื่อมต่อ กับระบบศูนย์กลาง ร่วมกับ Fetal Monitor , Incubator , Vital signs และ Defibrillator (ในภาคอนิเตอร์) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้องเดียวกันกับตัวเครื่องได้ในอนาคต
 - ๓.๕ เครื่องควบคุมการทำงานและสั่งการด้วยระบบหน้าจอสัมผัส
 - ๓.๖ เครื่องสามารถตั้งการเตือน (Alarm) สูงและต่ำได้ โดยตั้งการเตือนได้ทั้งแบบ Visual & Audio Alarm มีข้อความ สี และแสง
 - ๓.๗ เครื่องสามารถบันทึก alarm events ได้
 - ๓.๘ ผลิตภัณฑ์ที่วีปยูโรป อเมริกา หรือเอเชีย
 - ๓.๙ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ โรงพยาบาลผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต CE เทียบเท่าหรือดีกว่า

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ ภาคการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

- ๔.๑.๑ มีช่องสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับวัดสัญญาณชีพ ติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่อง
- ๔.๑.๒ สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), วัดความดันโลหิตภายนอก (NIBP) , วัดความอุ่นตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) , และภาควัดอุณหภูมิ (Temperature) เพื่อติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

๔.๒ ภาคแสดงผล (Display)

- ๔.๒.๑ จะภาพแสดงผลชนิด Medical-grade color TFT LCD , capacitive หน้าจอ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ นิ้ว ความละเอียด ๓๒๖ x ๗๖๘

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ๘๓๔๔/๒๕๖๗	ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง			
ผู้กำหนดคุณลักษณะ			
ผู้ตรวจสอบ	๑. นางคุณณยา พลสะกติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประทาย	_____ <i>พ.ร.บ.</i>	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. นางสาวยุพิน บุญประกอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประทาย	_____ <i>ยุพิน</i>	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๓. นายธรรมยุทธ ประสาทไหய ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประทาย	_____ <i>ธรรมยุทธ</i>	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

๔.๒.๒ สามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณต่างๆ (Waveforms) ไม่น้อยกว่า ๑๐ waveform โดยปรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า ๖ รูปแบบ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Option การทำงานของเครื่อง)

๔.๒.๓ สามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณและค่าตัวเลข ของผู้ป่วยในขณะนี้ได้ (Real Time)

๔.๒.๔ สามารถแสดงสัญญาณเตือน (Alarm) ด้วยเสียง สี และข้อความได้

๔.๒.๕ USB PORT สามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้

๔.๒.๖ มีช่องสำหรับเพิ่มพังก์ชั่นการพิมพ์ผลผ่าน Built-in Thermal Printer ได้ (Option) และรองรับการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ภายนอกได้

๔.๓ ภาคติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

๔.๓.๑ สามารถเลือกใช้งาน ๓ Leads (I,II,III), ๕ Leads (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V), ๖ Leads (I,II,III,AVR,AVL,AVF,Va,Vb) และแสดง Lead ๑๒ Lead (I,II,III,AVR,AVL,AVF,V₁,V₂,V₃,V₄,V₅,V₆ เป็น Option)

๔.๓.๒ สามารถปรับความเร็วคลื่นได้ที่ ๖.๒๕ ,๑๒.๕ , ๒๕ และ ๕๐ mm/s

๔.๓.๓ สามารถปรับความสูงของคลื่นได้ ๖ ระดับ คือ ๐.๑๒๕, ๐.๒๕, ๐.๕, ๑, ๒ และ ๔

๔.๓.๔ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในช่วง

- ผู้ใหญ่ ๑๕-๓๐๐ ครั้งต่อนาที

- เด็ก ๑๕-๓๕๐ ครั้งต่อนาที

๔.๓.๕ มีการป้องกันเมื่อใช้งานร่วมกับการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator Protection) สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ ๕๐๐VAC (๓๖๐J)

๔.๓.๖ มี Pacemaker Detection หน้าจอ มีการแสดงสัญลักษณ์การทำ Pacemaker เมื่อเปิดโหมดการทำงาน

๔.๓.๗ สามารถทำ ST Segment Analysis และ QT Analysis

๔.๓.๘ สามารถแจ้งเตือนเมื่อการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติได้ (Arrhythmia Analysis) ๒๗ ประเภท

๔.๔ ภาคติดตามอัตราการหายใจ (Respiration Rate)

๔.๔.๑ สามารถวัดอัตราการหายใจได้ ๐-๒๐๐ ครั้งต่อนาที เมื่อใช้เทคนิค Impedance method โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน +/− ๕๐ ครั้งต่อนาที

๔.๔.๒ สามารถตั้งค่าการเตือนในกรณีที่อัตราการหายใจ ข้างหรือเร็วกว่าที่กำหนดไว้

๔.๔.๓ มี No breath Alarm หรือ Apnea time อยู่ในช่วง

- ผู้ใหญ่ ที่ ๑๐-๖๐ วินาที resolution ๕ วินาที

- เด็ก/โต / เด็กเล็ก ที่ ๑๐-๔๐ วินาที resolution ๕ วินาที

๔.๕ ภาคติดตามการวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter)

๔.๕.๑ เครื่องทำการวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ด้วยเทคโนโลยี Comen

๔.๕.๒ สามารถวัดค่า SpO₂ ได้ในช่วง ๐ - ๑๐๐%

คำสั่งจังหวัดนราธิวาสฯ ๘๗๔๙/๒๕๖๗	ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๖
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง			
ผู้กำหนดคุณลักษณะ			
ผู้ตรวจสอบ	๑.นางคุณยุญา พลศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชภัฏ	๗๗๗	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
	๒.นางสาวยุพิน บุญประกอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชภัฏ	๗๗๗	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
	๓.นายธรรมบุตร ประสาทไทย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชภัฏ	๗๗๗	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๕.๓ แสดงค่า SpO₂ เป็นตัวเลขและกราฟ พร้อม Signal Indicator

๔.๕.๔ ความเที่ยงตรงในการวัด SpO₂ ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ค่า SpO₂ ผู้ใหญ่/เด็กโต ในช่วง ๗๐-๑๐๐% ผิดพลาดไม่เกิน + ๒%

- ค่า SpO₂ เด็กเล็ก ในช่วง ๗๐-๑๐๐% ผิดพลาดไม่เกิน + ๓%

๔.๕.๕ สามารถวัดชีพจร (Pulse Rate) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐-๓๐๐ ครั้งต่อนาที ผิดพลาดไม่เกิน + ๓ ครั้งต่อนาที

๔.๕.๖ สามารถถั่งค่าการเตือนในกรณีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด

๔.๖ ภาคติดตามความดันโลหิตแบบภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure)

๔.๖.๑ เครื่องทำการวัดความดันโลหิตแบบไม่แทะเส้น (Non-Invasive Blood Pressure) ด้วย เทคนิค Automatic Oscillometric

๔.๖.๒ มีระบบการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๔ แบบ คือ แบบวัดเอง (manual) , อัตโนมัติ (automatic) และ การวัดแบบต่อเนื่อง (stat) , การวัดแบบตั้งลำดับการวัด (sequence)

๔.๖.๓ ในกรณีที่ต้องการทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถวัดได้ตั้งแต่ ๑ จนถึงอย่างน้อย ๗๒๐ นาที

๔.๖.๔ ในกรณีที่ต้องการทำงานแบบบัดดอย่างต่อเนื่อง สามารถวัดต่อเนื่องได้ในช่วง ๕ นาที

๔.๖.๕ สามารถเลือกวัดความดันโลหิตผู้ป่วยผู้ใหญ่/เด็ก แล้วเด็กเล็ก

๔.๖.๖ ช่วงในการวัดค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วงที่กล่าว เทียบเท่าหรือต่ำกว่า

๔.๖.๖.๑ สำหรับผู้ใหญ่ (Adult) Systolic ๒๕ - ๒๙๐ mmHg

Diastolic ๑๐ - ๒๕๐ mmHg

Mean ๑๕ - ๒๖๐ mmHg

๔.๖.๖.๒ สำหรับเด็ก (Pediatric) Systolic ๒๕ - ๒๔๐ mmHg

Diastolic ๑๐ - ๒๐๐ mmHg

Mean ๑๕ - ๒๑๕ mmHg

๔.๖.๖.๓ สำหรับทารก (Neonate) Systolic ๒๕ - ๑๔๐ mmHg

Diastolic ๑๐ - ๑๑๕ mmHg

Mean ๑๕ - ๑๒๕ mmHg

๔.๖.๗ ค่าความเที่ยงตรงในการวัดค่าความดันโลหิตน้อยกว่า +๓ mmHg

๔.๖.๘ สามารถถั่งค่าการเตือนในกรณีที่ค่าความดันโลหิตสูง หรือต่ำกว่าที่กำหนด

๔.๗ ภาคติดตามอุณหภูมิร่างกาย (Temperature)

๔.๗.๑ วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยด้วย Probe ชนิดวัดกับผิวน้ำ (Skin Probe) วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๐-๕๐ องศาเซลเซียส สามารถถั่งค่าการเตือนในกรณีที่อุณหภูมิ สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดได้

คำสั่งจังหวัดนราธิวาสฯ ๘๙๕๘/๒๕๖๗		ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง				
ผู้กำหนดคุณลักษณะ				
ผู้ตรวจสอบ	๑นางคุณญา พลศักดิ์ ต้าหม่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะทาย		วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
	๒นางสาวบุญเรือง บุญประกอบ ต้าหม่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะทาย		วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
	๓นายธรนฤทธิ์ ประสาทไทร ต้าหม่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปะทาย		วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เครื่อง Patient Monitor	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๒ ชุดสาย ECG Patient Cable & Lead	จำนวน ๑ เส้น
๕.๓ ชุดสาย+ปลอกแขนวัดค่าความดันโลหิตสำหรับผู้ใหญ่	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔ ชุดสาย+เข็มเชือดวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ (Comen)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๕ สายวัดอุณหภูมิผิวป่วย (Skin Temperature)	จำนวน ๑ เส้น
๕.๖ ชุดสายไฟ AC	จำนวน ๑ เส้น
๕.๗ Wall Mount (ฐานยึดติดผนัง) หรือ Trolley (รถเข็น)	จำนวน ๑ ชุด
๕.๘ คู่มือการใช้งานภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ	จำนวน ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากโรงพยาบาลผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยระบุชื่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแสดงและโรงพยาบาลผู้ผลิตต้องมีสาขาอยู่ในประเทศไทยที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- ๖.๒ กรณีผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารการขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องจากองค์กรอาหารและยาประเทศไทยมาแสดง
- ๖.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิมาก่อน
- ๖.๔ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันรับมอบของครบ
- ๖.๕ เครื่องได้รับการสอบเทียบก่อนส่งมอบทั้งน้ำเบรชท์ผู้จำหน่ายสามารถทำการสอบเทียบและออกใบ Certificate รับรองให้ได้ โดยมีเครื่องมือสอบเทียบเป็นของบริษัทเอง
- ๖.๖ ในวันส่งมอบเครื่อง ผู้ขายต้องแสดงรายงานผลการสอบเทียบในระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน

คำสั่งจัดหัดนครราชสีมา ๘๗๔๔/๒๕๖๗		ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๔ แผ่น	แผ่นที่ ๔
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง斐ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง				
ผู้กำหนดคุณลักษณะ				
ผู้ตรวจสอบ	๑. นางคุณหญิง พลศักดิ์ ต้าแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประเทศไทย	✓	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
	๒. นางสาวยุพิน บุญประกอบ ต้าแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประเทศไทย	✓	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
	๓. นายธรรมบุตร ประสาทไทย ต้าแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประเทศไทย	ธรรมบุตร	ธรรมบุตร	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗